

1	2	3	4	5
4	<p>Помещения /Здания жилого помещения</p> <p>Помещения/Здания общественного назначения</p> <p>Территория жилой зоны</p> <p>Территория общего пользования</p>	Максимальный уровень звука	(30-150) дБА	ГОСТ 23337-2014 Методы измерения шума на территориях жилой застройки и в помещениях жилых и общественных зданий БВЕК.438150-005РЭ. Анализатор шума и вибрации «Ассистент». Руководство по эксплуатации
5	<p>Территории участков под застройку (селитебная территория) Помещения/Здания жилого назначения</p> <p>Помещения/Здания общественного назначения</p> <p>Помещения/Здания производственного назначения</p> <p>Территории производственной зоны; Территории жилой зоны</p>	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(5-1000) В/м	БВЕК43 1440.08.04 РЭ. Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр-АТ-003». Руководство по эксплуатации.
6	<p>Территории участков под застройку (селитебная территория) Помещения/Здания жилого назначения</p> <p>Помещения/Здания общественного назначения</p> <p>Помещения/Здания производственного назначения</p> <p>Территории производственной зоны; Территории жилой зоны</p>	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	50мА/м - 8 А/м	БВЕК43 1440.08.04 РЭ. Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр-АТ-003». Руководство по эксплуатации.

Конец раздела.

Конец области аккредитации

Генеральный директор ООО «ЭКОЛАБ-ИНВЕСТ»



Д.В. Лазарев

Handwritten signature in blue ink.